

第 35 回東海透析技術交流会定例総会・スプリングセミナー

日時 令和 6 年 5 月 12 日 (日) 11:00~16:30

会場 JP タワー名古屋 ホール&カンファレンス 3F

愛知県名古屋市中村区名駅 1 丁目 1-1

「振り返って再考しよう～透析膜と透析条件～」

＜プログラム＞

11:00～11:40 定例総会

12:00～13:00 共催セミナー

共催:扶桑薬品工業株式会社

司会:高橋 貢先生(医療法人葵 臨床工学部 部長)

「本当に怖い透析液の話～基礎から臨床まで～」

講師 医療法人社団兼愛会 前田医院 理事長 前田 兼徳 先生



13:20～14:30 教育講演

座長:水野 優歌先生(医療法人 水谷医院)

「患者 QOL とこれからの透析医療 ～OHDF⇔HD 療法選択・デバイス選択～」

講師 医療法人社団大誠会 松岡内科クリニック 臨床工学技士 主任 小林 恭子 先生



15:00~16:30 指定演題

座長:武安 美希子先生(医療法人知邑舎 メディカルサテライト岩倉)
岩尾 昌之先生(さかいクリニック)

1. 「ヘモダイアフィルタに求められる特性とニプロ透析膜の特長」

山口 悟(ニプロ株式会社 国内商品開発・技術営業本部)

2. 「東レ透析膜の特長」

久保田 昌裕(東レ・メディカル株式会社 血液浄化製品マーケティング室)

3. 「PEPA 膜/PS 膜ダイアライザ・ヘモダイアフィルタの特徴」

竹沢 梓(日機装株式会社 メディカル事業推進部)

4. 「当社 HD 膜、HDF 膜の特徴と製品設計について」

齋田 裕子(旭化成メディカル株式会社 血液浄化部 国内マーケティング部 学術グループ)

5. 「特定積層型 H12 ヘモダイアライザー (AN69) の特徴と臨床報告」

前山 親生(バクスター株式会社 血液浄化営業部)



